



Wrocław, dn. 04.10.2017r.

EZ/ 18517 /17

Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do ortopedii (sygnatura sprawy: EZ/244/217/17).

W związku z pytaniami zadanymi do postępowania jw.:

Zadanie 25

Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie:

Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej

Płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minimalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II.

Płyty dłoniowe:

A. wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po 3 otwory w głowie płyty, 3 lub 5 otworów, w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm;

B. standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (3- i 4-otw.) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm

C. szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy 4-otworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm D. płyty pozastawowe o szerokości głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe), 3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm?"

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni wymogu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarte w „Formularzu cenowym”, a dot. sterylności oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert dla ww. części przedmiotu zamówienia.

W związku z udzieloną wyżej odpowiedzią, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający doprecyzowuje postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób wskazany w wyżej udzielonych odpowiedziach. Ponadto, zgodnie z art. 12a Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na **dzień 20.10.2017r.**, miejsca i godziny pozostają bez zmian.

W załączeniu ogłoszenie dodatkowych informacji (...)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. Tadeusza Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
szpital_marciniaka@pro.onet.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kępczyńska

Sporządziła Ewelina Rak

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl