



Wrocław, 22.01.2025

Znak sprawy: EZ/036/405/25 (173262)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę obłożów i podkładów jednorazowych, w szczególności zestawów

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 20.01.2025

Pytanie 1: Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 14cm x 250cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 2: Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 16cm x 250cm?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*


Pytanie 3: Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 220cmx100cm?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 4: Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 85cm x 85cm?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 5: Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 137cm x 259cm?





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Pozycja 5 i 6. Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m². Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7: Pozycja 9. Czy zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonymi do zestawu kompresami z gazy 10cm x 10cm w ilości 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8: Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Artur Wieraszko
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii naczyniowej



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl