



Wrocław, 21.03.2025

Znak sprawy: EZ/216/405/25 (179163)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę obłożeni i podkładów jednorazowych, w szczególności zestawów

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 18.03.2025 I 19.03.2025

Pytanie 1: Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 14cm x 250cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.*

Pytanie 2: Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 16cm x 250cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.*


Pytanie 3: Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 220cmx100cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 4: Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 85cm x 85cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.*

Pytanie 5: Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 137cm x 259cm?





Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 56 g/m². Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folie PE zapobiega przemakaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 7: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę do angiografii 240x350cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP o gram. 30g/m² + folia PE o gram. 30g/m²) o gram. podstawowej 60g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m², warstwa chłonna o wym. 100x120cm, łączna gramatura serwety 140g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy o obszarze chłonnym 65x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną o wym. 120x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 10: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną o wym. 140x140cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści skalpem 11P?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przeźroczystym drenem o dł. 10cm o przepływie > 250ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 13: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przeźroczystym drenem o dł. 25cm o przepływie >.250ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14: Pozycja 7 pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści miskę 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 15: Pozycja 7 pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści miskę z polipropylenu 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 16: Pozycja 7 pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści miskę 250ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 17: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści tacę prostokątną 42x34x2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18: Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy 17N 16-nitkowy 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19: Pozycja 7 Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonymi do zestawu kompresami z gazy 10cm x 10cm w ilości 2 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 21: Pozycja 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawijania w serwetę 2 warstwową z celulozą , gdyż w zestawie znajdują się serweta do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.

Pytanie 22: Pozycja 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawijania w serwetę 2 warstwową z celulozą, gdyż w zestawie znajdują się serweta do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.

Pytanie 23: Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonymi do zestawu kompresami z gazy 10cm x 10cm w ilości 2 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 24: Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m².

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Dodatkowo, serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu, posiada naklejkę zamykającą zestaw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 25: Pozycja 11 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawijania w serwetę 2 warstwową z celulozą, gdyż w zestawie znajdują się serweta do instrumentarium 150cm x 190cm (owinięcie zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 26: Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołączonymi do zestawu kompresami z gazy 10cm x 10cm w ilości 2 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 27: Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści by serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiła owinięcie zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 28: Dotyczy pozycji nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa na podstawie postępowania EZ/036/405/25?

Zestaw serwet uniwersalnych:

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 55 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 15x50 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm (+10 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.(+/- 10 cm)

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min.40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 76g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min.50 g/m² wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o wymiarach 66x85cm i gramaturze min.37 g/m². łączna gramatura w strefie wzmocnionej min.87 g/m².

Osłona w postaci worka, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki oraz z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Zestaw sterylny. Opakowanie folia-papier typu papier-folia wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa marki
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 29: Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 245 cm x 260, z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 95 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175cm x 200cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm DWUWARSTWOWA
- 4 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 15cm x 5m
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x osłona na kończynę z taśmą 35cm x120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 55g/m², sterylne,
- fartuchy operacyjne XL x 3, L x 1
- kieszeń samoprzylepna 43x38
- 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy,
- 1 x czyścik do koagulacji
- 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2,5x14 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.55 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne min.55 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min.110 g/m².



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Owinięcie zestawu w serwetę do instrumentarium 2-warstwową, włókninowo - foliową o gramaturze min. 55 g/m² i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylny. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymogi aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 30: Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyny zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37 o następującym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 150 cm x 200 cm z wycięciem "U" o wymiarach 6,5 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175 cm x 200 cm
- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 x osłona na kończynę 35 cm x 80 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 12 cm x 5 m
- 1 x licznik igieł na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy,
- 1 x taśma chirurgiczna typu rzep 2,5x14 cm

Owinięcie zestawu w serwetę do instrumentarium 2-warstwową, włókninowo - foliową o gramaturze min. 54g/m² i chłonności min.180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylny. Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje :



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz serwety spełniają wymogi
aktualnej normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

lek. Artur Węgraszko
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii naczyniowej



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl