



Wrocław, 14.01.2025

Znak sprawy: EZ/029/410/25 (172890)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę newszczepialnego jednorazowego sprzętu i newszczepialnych wyrobów medycznych

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 13.01.2025

Pytanie 1: Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik CH10 długości 40cm, pozostałe rozmiary 60cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 2: Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 3: Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści rurkę z medycznego PVC, niesilikonowaną, zawierającą śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 4: Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach:



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia
- Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie
- Rozszerzacz
- Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm typu „J”
- Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer)
- Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y)
- Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer)
- Igła iniekcyjna
- Koreczki heparynowe luer-lock
- Skalpel
- Klips mocujący
- Cewnik długości 15cm lub 20cm, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5: Ad par. 2 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu dostawy na 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Artur Wieleśko
specjalista chirurgii naczyniowej
specjalista chirurgii naczyniowej



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl