



Znak sprawy: EZ/053/415/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę pozostałych materiałów medycznych do badań diagnostycznych oraz odczynników i testów do badań diagnostycznych.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 27.01.2025

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 22mm na podłożu piankowym, z kabelkiem 60 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza elektrody o średnicy 22mm na podłożu piankowym pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.*

Pytanie 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „posiadający miedzianą osłonę Faradaya”?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga miedzianej osłony Faradaya z uwagi na rodzaj wykonywanych badań oraz ochronę czujnika przed zewnętrznymi zakłóceniami w trakcie ich wykonywania.*

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści czujnik dla niemowląt 1-15kg?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga czujnika dla noworodków do 5kg, bez kleju dla wrażliwej skóry.*

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa

*lek. Artur Wicraszko
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii naczyniowej*

