



Znak sprawy: EZ/1281/416/24

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów do sterylizacji

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 03.01.2025

Pytanie 1: Dotyczy Zadania nr 1, pozycji nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne o odczycie 3h kompatybilne z innym autoczytnikiem niż Smart Read. Wykonawca zoferuje kompatybilny autoczytnik w pozycji nr 2.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza testy biologiczne o odczycie 3h kompatybilne z innym autoczytnikiem.*

Pytanie 2: Dotyczy Zadania nr 1, pozycji nr 2: Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach zgodny z opisem poniżej: „Autoczytnik bez wyświetlacza LCD, posiadający 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń”

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 3: Dotyczy Zadania nr 1: Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi, w przypadku gdy oferowany asortyment nie jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy o produktach leczniczych.

Odpowiedź: *Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi, w przypadku gdy oferowany asortyment nie jest produktem leczniczym w rozumieniu ustawy o produktach leczniczych.*

Pytanie 4: Dotyczy Zadania nr 1: Asortyment ujęty w Zadaniu nr 1 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza stosowne oświadczenie.*

Kierownik Apteki

mgr farm. Barbara Szklarz



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr Tomasz Dymyt