



Wrocław, 10.04.2025 r.

Znak sprawy: EZ/285/416/25

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na dostawę pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych.

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 09.04.2025**

**Pytanie 1:** Zadanie 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dren o średnicy 5/8 mm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 2:** Zadanie 1 pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści worek bez portu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**Uzasadnienie:** *Zgodnie z opisem przedmiot zamówienia wymagany worek z portem.*

**Pytanie 3:** Zadanie 1 pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści dren o średnicy 5/8 mm?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

**Pytanie 4:** Zadanie 1 pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- *Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe ?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Uzasadnienie: Brak sygnalizatora wypełniającego się przy osiągnięciu optymalnej wielkości balonika.**

p.o. Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
dr n. med. Tomasz Tomkalski

**Kierownik Apteki**

mgr farm. Barbara Szklarz



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl