



Znak: EZ/1239/416/24 (171126)

ZAPROSZENIE

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,
KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384, tel. 71 306 41 01(13)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych.

Kody CPV: 33141640-8, 33141642-2, 33172000-6, 33141623-3, 33141600-6, 33194120-3, 33157110-9, 33171000-9, 33141320-9, 33194100-7, 33141610-9, 33141730-6, 33140000-3, 33190000-8,

1.2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty asortymentowo-cenowej opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

1.3 Jako odrębny załącznik (nr 2), Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia. Przewidywany okres zawarcia umowy **1 miesiąc**.

2. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

2.1 Wypełniony, podpisany i opieczetowany :

- a) formularz asortymentowo-cenowy -załącznik nr 1,
- b) formularz oferty -załącznik nr 3.

2.2 Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2,

2.3 Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym

2.4 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały medyczne są dopuszczone w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP (jeśli dotyczy)





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- 2.5 Dołączenie opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta potwierdzające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane w formularzu parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde wezwanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

Uwaga! W przypadku braku w w/w materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu asortymentowo-cenowym”.

3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w terminie **do dnia 02.01.2025 r. do godziny 10:00** w formie:

- a) pisemnej na adres:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta powinna posiadać **dopisek „zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/1239/416/24”**

lub

- b) drogą elektroniczną na adres:

farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl z dopiskiem:

„zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/1239/416/24”

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści Zaproszenia wyłącznie pisemnie drogą elektroniczną na adres e – mail: **farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl** **nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.** Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie z zastrzeżeniem dnia otwarcia ofert. W przypadku braku możliwości odpowiedzi Zamawiający przesunie termin otwarcia ofert, celem umożliwienia złożenia Wykonawcy poprawnej oferty. Informacje o przesunięciu terminu wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego zostaną upublicznione na stronie Internetowej Zamawiającego.

5. Kryterium

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

Dokonując oceny oferty Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert muszą zostać przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/>

6. Termin związania z ofertą

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Od podjętej przez Zamawiającego decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.

Wszystkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia, pozostaną bez rozpatrzenia.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej w terminie 5 dni roboczych liczonych od upływu zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyрекcję Szpitala.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

1. Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1
2. Wzór umowy - załącznik nr 2
3. Formularz oferty - załącznik nr 3

Zastępca Dyrektora
Dz. Leczniczo-
lek. Artur Wieraszko
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii naczyniowej



**DOLNY
ŚLĄSK**

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa, nr katalogowy	PRODUCENT (Uwagi)	Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	j.m.	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadanie nr 1													
1	Dren do odsysania z końcówką lejek - lejek 300 cm. Dren do odsysania, ze specjalnym wzmocnieniem na całej długości drenu zapewniającym niezasykanie się, o zakończeniu lejek - lejek, długości min. 300 cm i śr. min. 5,5/7,5 mm max. 5,6/8 mm, sterylne podwójnie pakowany			33141640-8	szt.	160	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Woreczek laparoskopowy Ewakuator laparoskopowy, łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanek i struktur, troakar (aplikator) o Ø 10mm. Pojemność/Srednica/Długość/Szerokość: 200 ml/54 mm/200 mm/85 mm; 400 ml/80 mm/190 mm/110 mm; 800 ml/100 mm/205 mm/160 mm; 1200 ml/130 mm/205 mm/204 mm, uchwyt na palce ułatwiający pracę chirurgowi; mocny worek; wielkość (pojemność) ewakuatora kodowana kolorystycznie.			33141642-2	szt.	35	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Filtr do rurek tracheostomijnych. Wykonany z tworzywa w kształcie walca z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do podawania tlenu, oraz z portem do odsysania zabezpieczonym koreczkiem, sterylne, pakowany pojedynczo.			33172000-6	szt.	150	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Układ oddechowy, anestetyczny jednorazowego użytku z możliwością stosowania układu dla wielu pacjentów przez 7 dni. Dla dorosłych.			33141623-3	szt.	100	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jednorazowy wkład SERRES 3000ml			33141600-6	szt.	96	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 10 cm, sterylne, pakowane pojedynczo.			33194120-3	szt.	400	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Łącznik karbowany (martwa przestrzeń) zespolony z obrotowym łącznikiem kątowym, długości min. (złożona) 70mm, długość max. (rozciągnięta) 150mm, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo.			33141642-2	szt.	700	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Maska do tlenu z rezerwuarem dla dorosłych			33157110-9	szt.	200	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Obwód oddechowy dla dorosłych do Respiratora Bennett PRZYRZĄD			33171000-9	szt.	10	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przyrząd do aspiracji z butelek. Przyrząd do aspiracji z butelek ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm z odpowietrznikiem umożliwia aseptyczne pobranie, z możliwością wielokrotnego pobierania, kołec standardowy, oraz zatyczką zamykającą i zastawką chroniącą lek przed wyciekaniem po wyciągnięciu strzykawki, sterylne, pojedynczo pakowany.			33141320-9	szt.	1875	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą dużą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 200 µm i powierzchni min. 10 cm ² , zaciskaczem rolkowym o długości drenu min. 150 cm z zakończonym luer luer - lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylne, pakowany pojedynczo.			33194100-7	szt.	1000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem bez ftalanów. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 200 µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer - lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. BEZ FTALANÓW. Sterylne, pakowany pojedynczo.			33194100-7	szt.	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylne, pakowany pojedynczo.			33194100-7	szt.	14500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem i odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 15µm, zaciskacz na drenie z regulacją przepływu, uniwersalne zakończenie drenu luer-lock. Komora podzielona na dwie części, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Sterylne, pakowany pojedynczo. BEZ FTALANÓW. Dzieci i dorośli.			33194100-7	szt.	2500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZALĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa, nr katalogowy *	PRODUCENT (Uwagi)	Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	j.m.	Ilość zamówienia podstawowego **	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Układ oddechowy dwuramienny do respiratora Flight dla pacjenta w mechanicznej wentylacji i w transporcie.			33141623-3	szt.	10	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zestaw rur i pojemnika, do użytku z nawilżaczem typu^ Fisher&Paykel healthcare, serii AIVRO i AIVRO 2			33141623-3	szt.	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Worek do moczu 2l z odpływem sterylnej z zastawką antyrefluksyjną, skalowany, z odpływem spustowym, indywidualnie pakowany, sterylny, pakowany pojedynczo.			33141610-9	szt.	1750	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu do odsysania o długości min 200cm i śr. min. 5,5/7,5mm oraz końcówki typu Yankauer z rączką, sterylnej, podwójnie pakowany.			33141640-8	szt.	160	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Suchy koncentrat dwuwęglanowy do aparatu Fresenius 5008 S			33141730-6	szt.	16	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania, hydrofobowy, sterylnej, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do monitorowania gazów anestetycznych, o minimalnej skuteczności filtrowania mini 99,99%, sterylnej, pakowany pojedynczo.			33172000-6	szt.	1150	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Igła wielorazowa kulkowa odgięta 1,2x80mm. Igła do przemywań z kulką. Współpracuje ze strzykawką typu luer.			33140000-3	szt.	1	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Igła wielorazowa kulkowa prosta 1,2x80mm. Igła do przemywań z kulką. Współpracuje ze strzykawką typu luer.			33140000-3	szt.	1	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii Pico: zawierający cewnik tętniczy udowy - 5 F x 20 cm z prowadnicą z nitinolu oraz zestaw monitorujący z dwoma przetwornikami i obudową czujnika temperatury. Kompatybilny z monitorem Mindray			33190000-8	szt.	5	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zestaw drenów AHTO Stryker 0230070620			33141640-8	szt.	6	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu i zastawką antyrefluksową. Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym kłapką, przezroczystą dużą komorą kropłową z filtrem o wielkości oczka 15µm, z zaciskaczem przesuwany dla krótkich przerw w infuzji, z regulacją niezależną od drenu, o długości drenu min. 180cm z końcówką luer-lock.			33194100-7	szt.	20	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dren PneumoClear do insuflatora Stryker 620050100			33141640-8	szt.	20	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM											0,00	0,00	0,00

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA SKŁADANIE OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE