



Wrocław, 28.02.2025 r.

Znak sprawy: EZ/172-176/416/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 28.02.2025 r.

Pytanie 1: Zadanie 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd o parametrach:

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 8,5cm
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 200 µm
- miękkiej, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock,
- precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczep na dren do podwieszenia
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie 2: Zadanie 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd o parametrach:

- Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej zapewniający szczelne i pewne połączenie z pojemnikami oraz workami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką
- Elastyczna komora kroplowa o wielkości 4,5cm
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
- Miękki, elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem Luer-Lock
- Uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock,
- Precyzyjny zacisk rolkowy wyposażony w zaczepek na dren do podwieszenia
- Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Zadanie 1, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecnictwa
Dr Artur Wierczak
specjalista chirurgii ogólniej
specjalista chirurgii naczyniowej

