



ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Na dostawę narzędzi/sprzętu w celu uzupełnienia zasobów

szpitalnych dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

Dotyczy: Zadanie nr 1 - Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego 5 szt.

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie szyny o poniższych parametrach:

1. Dwa ekrany dotykowe: w pilocie i ekranie głównym;
2. Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota;
3. Programy ćwiczeń;
4. 9 prędkości;
5. Ustawienie czasu pracy urządzenia;
6. Ustawienie kąta zgięcia oraz wyprostu (od -5° do 120°);
7. Ustawienie kontroli momentu obrotowego;
8. Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń;
9. Wyłącznik awaryjny;
10. Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120° ;
11. Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100° ;
12. Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40° ;
13. Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm;
14. Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm;
15. Zasilanie 100-240 V/ 50/60 Hz;
16. Długość: 95 cm;
17. Szerokość: 32 cm;
18. Wysokość: 36 cm – 45 cm;
19. Waga: 12 kg;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr Tomasz Dymyt

